

Deklaracja Zgodności z Dyrektywą 93/42/EEC Nr: DC/01

Wytwórca: **Reha Plus Sp. z o.o.**
PL 30-657 Kraków ul. Karpińskiego 5

Wyrób: **STÓŁ DO REHABILITACJI**

Modele: REF 200701.1, REF 200701.2, REF 200701.2.2, REF 200701.3 *

Przeznaczenie wyrobu:

Wyrób jest przeznaczony do usprawniania pacjentów ze schorzeniami ruchu.
Stosowany w gabinetach rehabilitacyjnych, oddziałach ortopedycznych
neurologicznych oraz rehabilitacyjnych.

Klasyfikacja:

Klasa 1 wg reguły 12 zgodnie z załącznikiem IX Dyrektywy 93/42/EEC

Zastosowana procedura oceny zgodności:

Zgodnie z załącznikiem VII Dyrektywy 93/42/EEC

***Deklaruję z pełną i wyłączną odpowiedzialnością, że wyroby określone powyżej są
zgodne z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy 93/42/EEC – MDD i normami
poniżej wymienionymi.***

- EN 980:2003, EN 1041:1998,
- EN 1970:2000, EN 12182:1999,
- EN ISO 10993-1:1997, EN ISO 14971:2000/AC:2002,
- EN 60601-1:1990/A1:1993/A2:1995/A13:1996,
- EN 60601-1-2:2001, EN 60601-1-6:2004



Kraków; 05.01.2009r.

Sabina Lizak